Centre Toulousain
pour le Contrôle de qualité
en Biologie clinique

Feuille de résultats : Vitesse de sédimentation
Campagne 2015 - Numéro de contrôle : 152

Association déclarée à la Préfecture de la Haute-Garonne le 30 Octobre 1973
et enregistrée sous le n° W313002633
CTCB - 33 route de Bayonne - 31300 TOULOUSE
☏ : 05 34 51 49 80 – Fax : 01 57 67 25 90
Email : secretariat.ctcb@ctcb.com – site Internet : www.ctcb.com
Siret : 428 789 853 000 28 – APE : 8559A

PROGRAMME GÉRÉ PAR LE CTCB ET MUTUALISÉ AVEC
L'ASSOCIATION BIOLOGIE PROSPECTIVE.

Toulouse, le 12 Octobre 2015

Madame, Monsieur,

Le contrôle **Vitesse de sédimentation** comporte 2 échantillons (1521 et 1522) de 6.0 ml. Ce contrôle permet l'évaluation des performances des méthodes manuelles et automatisées de la vitesse de sédimentation. Il doit être utilisé de la même façon qu'un sang de patient prélevé sur EDTA. Les échantillons sont envoyés directement par notre fournisseur EUROCELL : **à partir du 12 Octobre 2015**. L'envoi se fait en coffret carton inséré dans une boîte polystyrène renfermant 1 ou 2 packs réfrigérant. Le transport est assuré en **EXPRESS**.

CONSERVATION :

- A réception, les échantillons doivent être conservés **à 2 - 8°C en position verticale**.
- Avant ouverture, les échantillons sont stables jusqu'à la date de péremption (**5 Janvier 2016**).
- Après ouverture ou premier perçage, ils sont stables **30 jours** si les conditions d'utilisation sont respectées. La présence d'un surnageant trouble et rougeâtre avant agitation est normale.

MODE D'EMPLOI :

1. Sortir le produit du réfrigérateur et le laisser revenir à température ambiante 20 - 25°C pendant 15 minutes avant d'agiter.
2. Pour agiter, tenir le tube horizontalement entre les paumes des mains. Ne pas utiliser d'agitateur mécanique.
   - Rouler le tube d'avant en arrière pendant 30 - 60 secondes ; inverser le tube de temps en temps. Agiter rigoureusement mais ne pas secouer.
   - Continuer à agiter de cette façon jusqu'à ce que les globules rouges soient totalement remis en suspension. Les tubes ayant été stockés pendant une longue période peuvent nécessiter une plus longue agitation.
   - Inverser doucement le tube 10 fois immédiatement avant chaque analyse.
3. Analyser l'échantillon selon les instructions recommandées par le fabricant de votre automate/matériel.
   - Pour les méthodes automatisées, ne pas retirer le diluant du réservoir de test avant d'utiliser le contrôle.
   - Pour les méthodes manuelles, si vous diluez habituellement les échantillons de patient, vous devez également diluer le contrôle.
4. Après analyse :
   - Si le tube a été ouvert pour l'analyse, essuyer les résidus de produit à l'intérieur du bouchon et sur l'embouchure du tube avec un tissu non pelucheux. Re-visser le bouchon à fond.
   - Remettre les tubes au réfrigérateur dans les 30 minutes suivant l'utilisation.

Attention :

- Si vous avez un automate nécessitant un tube EDTA, il faut transférer l'échantillon avant l'analyse. Il n'y a pas d'effet de dilution.
- Les échantillons doivent être passés comme un sang de patient avec correction automatique de la température avec les instruments **DIESSE / MENARINI Ves-Matic Cube 30 & Ves-Matic Cube 80 & Ves-Matic Cube 200 & Ves-Matic Cube 400**.
- Les automates **ALIFAX / ROLLER 10 / ROLLER 20**, distribué par la société Beckman Coulter, ne sont pas adaptés à nos échantillons. En effet, ces automates mesurent un temps d'agrégation des globules rouges et non pas le temps que mettent les globules rouges à sédimenter au fond du tube. Merci de votre compréhension.

RISQUE BIOLOGIE POTENTIEL : Ce produit renferme des composants provenant de source humaine. Il doit être considéré comme potentiellement contaminant (VIH, Virus des Hépatites…) et comme tout échantillon humain les précautions d'usage devront être impérativement respectées (port de gants, blouse …).

CODE DU LABORATOIRE |___|___|___|

Automate : .....

Temps de mesure de la première heure : ☐ ☐

L'automate effectue-t-il la correction de température : ☐ OUI ☐ NON

Technique manuelle : .....

Méthode : .....

	1ère heure			
Echantillon n°1521	☐	☐	☐	mm
Echantillon n°1522	☐	☐	☐	mm

Remarques éventuelles - Autre automate/technique/temps de mesure : .....
.....
.....
.....
.....

DATE LIMITE DE SAISIE DES RESULTATS : 26 OCTOBRE 2015 (inclus)

Pour rendre les résultats, rendez-vous sur le site du CTCB : www.ctcb.com

Si vous avez adhéré à ce programme via l'association Biologie Prospective, les résultats sont à rendre sur le site : www.biologie-prospective.org

Pour tout renseignement :

COORDONNATEUR / BIOLOGISTE : Stéphanie ALBAREDE - s.albarede@ctcb.com
ADMINISTRATIF : Marie-Christine ONDERBEKE, Tél. : 05.34.51.49.80 - secretariat.ctcb@ctcb.com
TECHNIQUE : Delphine GARIMBAY, Tél. : 05.34.51.49.81 - d.garimbay@ctcb.com
QUALITE : Erick SANCHEZ, Tél. : 05.34.51.49.82 - e.sanchez@ctcb.com
INFORMATIQUE : Philippe GONZALVO - p.gonzalvo@ctcb.com